



Notice d'utilisation

Compresseur pour aérosolthérapie

PURENEB® CLASSIC AEROLIGHT



Associé au nébuliseur EXTRANEB+

Références : ALIGHT

CE 0459 (2019)

A.NU.FR.165.1024

Photographies non contractuelles

L'AÉROSOLTHÉRAPIE PAR DTF MEDICAL



LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE

19 rue de la Presse, CS 60132, 42003 SAINT-ETIENNE Cedex 1 France

Tél. : +33.(0)4.77.74.51.11

Email : dtf@dtf.fr – www.dtf.fr

Table des matières

1.	Usage prévu	3
a)	Indications	3
b)	Contre-indications et effets indésirables	3
c)	Utilisateurs	3
2.	L'aérosolthérapie	3
a)	Performances du système de nébulisation (EN ISO 27427)	3
b)	Les solutions pouvant être nébulisées	3
3.	Description du dispositif	4
a)	Descriptif du compresseur AEROLIGHT	4
b)	Descriptif du nébuliseur EXTRANEb+	4
c)	Choix entre l'embout buccal et le masque.....	5
4.	Nettoyage / désinfection des accessoires et entretien de l'appareil	5
a)	Nettoyage	5
b)	Désinfection.....	5
c)	Nettoyage et entretien de l'appareil.....	6
d)	Remplacement du filtre du compresseur.....	6
5.	Utilisation	6
a)	Préparation des accessoires	6
b)	Préparation de l'appareil.....	6
c)	Utilisation	7
d)	Après chaque utilisation.....	7
6.	Précautions d'emploi.....	7
7.	Résolution de problèmes.....	8
8.	Garantie / recyclage	8
9.	Liste des nébuliseurs compatibles et des pièces détachées	9
10.	Spécifications techniques	9
11.	Compatibilité électromagnétique	10
12.	Pictogrammes	11

1. Usage prévu

L'aérosolthérapie ou aérosolthérapie par nébulisation est une technique de soin consistant à faire inhaler sous forme d'aérosol des médicaments ou autres solutions (ex. : solution stérile hypertonique) destinés à la nébulisation à un patient. Cette technique est utile dans le traitement de certaines maladies respiratoires ou oto-rhino-laryngologiques, lorsque l'on désire que le principe actif du médicament ou de la solution agisse directement sur le tissu affecté. Plus la taille des particules en suspension dans le gaz est petite, plus les particules se diffusent profondément au niveau de l'arbre respiratoire, jusqu'à une taille limite (proche de 1µm), en-deçà de laquelle les particules ressortent avec le souffle du patient.

a) Indications

L'aérosol est une suspension de particules liquides ou solides dans un gaz. La nébulisation est la création d'un aérosol à partir d'une préparation liquide.

L'appareil AEROLIGHT est utilisé pour le traitement de courte durée des pathologies broncho-pulmonaires:

- Asthme
- Mucoviscidose
- Trachéite
- Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)
- Pneumopathies

b) Contre-indications et effets indésirables

Il n'y a pas de contre-indication liée à l'utilisation de l'appareil AEROLIGHT.

Effets indésirables liés aux nébuliseurs : Un risque d'allergie aux matériaux utilisés (polypropylène, élastomère thermoplastique) avec les parties du corps en contact avec le masque ou l'embout buccal est possible.

Effets indésirables liés aux médicaments ou aux solutions : Des effets indésirables liés à l'utilisation de certains médicaments ou certaines solutions peuvent survenir (ex. : toux, irritation, douleurs thoraciques, etc. Si tel est le cas, reportez-vous à la notice d'utilisation du médicament ou de la solution et prévenez votre médecin.

Effets indésirables liés à l'utilisation de corticoïdes : Il est préférable d'utiliser un embout buccal. A défaut, si le masque est utilisé, il est recommandé de se rincer le visage et/ou la bouche après la séance. Se reporter à la notice du médicament.

c) Utilisateurs

Le dispositif est destiné à être utilisé par toute personne à partir de 10 ans ou de 4 ans (accompagnée d'un adulte). Le minimum requis est la prise de connaissance de cette notice et avoir déjà utilisé des appareils électriques.

2. L'aérosolthérapie

a) Performances du système de nébulisation (EN ISO 27427)

Les informations relatives aux **volumes de remplissage**, à la **masse inhalable** et au **débit d'aérosol produit** sont indiquées sur l'emballage du nébuliseur. Les informations sur les performances fournies par DTF® MEDICAL conformément à la norme EN ISO 27427 peuvent ne pas s'appliquer aux médicaments fournis en suspension ou sous forme très visqueuse, cela peut altérer la courbe de distribution de la taille des particules, le **diamètre aérodynamique médian massique**, l'**aérosol produit** et/ou le **débit d'aérosol produit**.

Les informations relatives aux performances des nébuliseurs sont fondées sur un essai utilisant des profils ventilatoires de patients adultes, et sont susceptibles d'être différents de ceux indiqués pour les populations pédiatriques ou de nourrissons.

NOTE : le système de nébulisation n'est pas adapté à être utilisé dans les dispositifs respiratoires d'anesthésie ou les respirateurs.

b) Les solutions pouvant être nébulisées

Il est déconseillé de nébuliser :

- Des solutions huileuses susceptibles de provoquer une pneumopathie lipidique ;
- De l'eau pure et des préparations hypotoniques, notamment de l'eau distillée ;

- Des préparations contenant des excipients ou des conservateurs potentiellement dangereux ;
- Des solutions non prévues pour cette voie d'administration.

ATTENTION : Seuls les médicaments ou les solutions nébulisables ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché pour cette voie d'administration (« nébulisation ») peuvent être utilisés.

NOTE : Veuillez lire la notice du médicament ou de la solution nébulisable avant de l'utiliser. Contactez votre médecin en cas de questions.

3. Description du dispositif


L'AEROLIGHT® est un dispositif d'aérosolthérapie constitué d'un boîtier en plastique comportant la pompe et tous les composants électriques. Son interface est simple. Elle comporte un bouton de mise en marche, une buse permettant de raccorder le nébuliseur par un tuyau, une encoche permettant de fixer le nébuliseur lorsque celui-ci n'est pas utilisé et un logement pour le filtre à air.

Le compresseur AEROLIGHT s'utilise avec un nébuliseur EXTRANEB+. Le nébuliseur contient un médicament ou une solution. Il est conçu pour recevoir la pression d'air fournie par le compresseur. Il transforme ensuite le médicament ou la solution en aérosol qui sera ensuite directement inhalé par le patient via un embout buccal, un masque bucco-nasal ou un masque de trachéotomie.

Les nébuliseurs pour les systèmes de nébulisation classiques ATOMISOR® sont composés (comme sur la photo présentée ci-dessous):

- d'une cuve-réservoir destinée à recevoir un médicament ou une solution,
- d'une chambre de réception de l'aérosol produit (corps du nébuliseur),
- d'un tuyau de raccordement au compresseur qui assure l'acheminement de l'air comprimé,
- d'un masque bucco-nasal, d'un masque de trachéotomie ou d'un embout buccal.

a) Descriptif du compresseur AEROLIGHT



b) Descriptif du nébuliseur EXTRANEB+



Sur la partie haute du nébuliseur, l'utilisateur peut fixer trois embouts différents en fonction de son utilisation (masque adulte, masque pédiatrique ou embout buccal). Tous les nébuliseurs et toutes les pièces détachées disponibles et compatibles avec l'appareil AEROLIGHT sont présentés dans la Partie 9.

NOTE 1 : Le nébuliseur, le masque et l'embout buccal sont en polypropylène et élastomère thermoplastique.

c) Choix entre l'embout buccal et le masque

Le choix de l'embout s'effectue en fonction des possibilités du patient à utiliser le dispositif. L'utilisation de l'embout buccal est recommandée en priorité. Dans les cas où le patient est un jeune enfant ou une personne qui ne peut pas tenir l'embout buccal, il convient d'utiliser le masque.

4. Nettoyage / désinfection des accessoires et entretien de l'appareil

a) Nettoyage

Avant la première utilisation et après chaque utilisation :

1. Démontez chaque élément



2. Nettoyez à l'eau chaude et savonneuse et rincez-les



3. Laissez les éléments sécher sur un chiffon propre



b) Désinfection

Avant la première utilisation et après chaque jour d'utilisation :

2a. Placez les éléments dans de l'eau en ébullition pendant 20 minutes



OU

1. Démontez chaque élément



2b. Utilisez un stérilisateur et mettez-le au micro-ondes (selon les recommandations du stérilisateur)



OU

2c. Nettoyez les éléments dans le lave-vaisselle à 70°C maximum



3. Laissez les éléments sécher sur un chiffon propre



NOTE :

- Après passage dans l'eau en ébullition un changement de couleur (blanchâtre) du tuyau peut être noté mais ceci n'altère en rien le bon fonctionnement.
- L'élastique doit être enlevé avant nettoyage et désinfection.

c) Nettoyage et entretien de l'appareil

Le nettoyage se limite aux parties externes. Après chaque utilisation, la désinfection se fait avec un chiffon propre et humide ou en utilisant le kit de désinfection recommandé par le fabricant (DTF MEDICAL).

d) Remplacement du filtre du compresseur


L'appareil est pourvu d'un filtre qui élimine les éventuelles impuretés de l'air aspiré par le compresseur. Régulièrement, ou si l'appareil perd de son efficacité (augmentation de la durée de la séance d'aérosolthérapie), vérifier l'état du filtre et le changer s'il est souillé. Pour effectuer la vérification ou le remplacement, soulever le bouchon du logement porte-filtre. Si nécessaire, extraire le filtre avec une pince à épiler.



5. Utilisation

a) Préparation des accessoires

Respectez l'ordre exact des étapes indiquées.



b) Préparation de l'appareil

Respectez l'ordre exact des étapes indiquées.

- 1. Branchez le tuyau sur l'appareil**
- 2. Branchez la prise de l'appareil**
- 3. Appuyez sur le bouton "marche/arrêt"**



NOTE : Connectez le nébuliseur sur l'appareil avant la mise en marche de celui-ci.

c) Utilisation

Dès la mise en marche de l'appareil, vous devez observer un brouillard qui sort du nébuliseur. Placez l'embout buccal dans votre bouche ou le masque sur votre visage. La durée de la séance est d'environ 10 minutes en fonction de la quantité de solution nébulisée. A la fin de la séance, la nébulisation devient irrégulière et diminue progressivement.



Pour un meilleur dépôt pulmonaire, inspirez par la bouche, de préférence en utilisant l'embout buccal, faites des inspirations lentes et prolongées, et retenez votre respiration quelques secondes en fin d'inspiration. Conformez-vous aux prescriptions faites par votre médecin.

d) Après chaque utilisation

Après chaque séance d'aérosol, arrêtez l'appareil (interrupteur sur 0). Débranchez le cordon d'alimentation du secteur, puis débranchez le tuyau du nébuliseur et de l'appareil. Suivez les instructions de nettoyage et de désinfection (référez-vous à la Partie 4).

6. Précautions d'emploi

Utilisation de l'électricité

- Avant le branchement de l'appareil sur une prise de courant, vérifiez les valeurs portées sur l'étiquette d'identification de l'appareil (volts et Hz) et votre réseau de distribution.
- La garantie ne couvre pas les erreurs de branchement.
- Brancher l'appareil à une prise facile d'accès, afin de permettre une déconnexion rapide du réseau.
- L'appareil AEROLIGHT est prévu pour fonctionner à une altitude inférieure ou égale à 3000m.
- Ne pas ouvrir l'appareil sous tension (risque d'électrocution).
- **ATTENTION :** Ce matériel est relié au courant électrique : ne pas l'utiliser dans le bain ou la douche, ne pas l'immerger. Eloigner le dispositif de toute forte source de chaleur.

Utilisation

- Ce dispositif n'est pas à laisser à la portée des enfants ou des animaux sans surveillance (risques potentiels avec tuyaux et pièce détachable du nébuliseur).
- L'appareil doit être installé sur une surface stable et mis en service conformément aux informations fournies dans la notice d'utilisation.
- Bien ranger le cordon d'alimentation et les tuyaux après utilisation.
- Un animal peut ronger le câble d'alimentation. Bien vérifier l'état du matériel avant utilisation.
- L'utilisation de ce dispositif est prévue dans un établissement de soins et à domicile.
- Ne pas utiliser l'appareil en extérieur, près d'une source de chaleur ou près d'un point d'eau (baignoire, évier...).
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas exposé directement au soleil ou à la chaleur excessive.
- Après utilisation, débranchez l'appareil de la prise de courant.
- Si vous constatez que l'ensemble appareil/nébuliseur est anormalement bruyant : contacter DTF MEDICAL, votre pharmacien ou votre distributeur local.
- Appareil médical fragile, à manipuler avec précaution.
- Avant la mise sous tension d'un appareil électrique : il faut obligatoirement connecter le nébuliseur à l'appareil afin d'éviter tout bruit anormal (l'appareil mis sous tension sans son nébuliseur est plus bruyant).
- La fiche secteur est le dispositif de sectionnement et il doit toujours être accessible.

- Conserver soigneusement cette notice avec l'appareil car elle contient les informations nécessaires au bon emploi du matériel.
- Si nécessaire, contacter le fabricant pour lui signaler tout fonctionnement ou évènement imprévu.

Remarques concernant l'aérosolthérapie

- Ne pas dépasser 6 ml de médicament ou de solution pour le nébuliseur. Ne pas dépasser le trait « plein » de la cuve du nébuliseur.
- Nettoyer, si nécessaire, les gicleurs du nébuliseur à l'eau, sans utiliser de fil métallique.
- Toute modification de la dimension des gicleurs influe sur la taille des particules et sur l'efficacité thérapeutique de l'aérosol.
- Chaque nébuliseur est destiné à un patient unique.
- Le traitement par aérosols ne doit se faire que sur prescription médicale et en respectant les doses prescrites.
- Appareils non adaptés à une utilisation en présence d'un mélange d'anesthésique inflammable avec de l'air ou avec de l'oxygène ou du protoxyde d'azote.

Dans tous les cas, AVERTISSEMENT :

- Seul un service de réparation habilité est autorisé à dépanner un appareil. Toujours débrancher le cordon d'alimentation avant d'ouvrir l'appareil.
- Toute modification de l'appareil est interdite.
- N'utiliser que les accessoires fournis et référencés dans la notice.
- Ne pas entreprendre d'opération d'entretien ou de maintenance lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement.

Rapprochez-vous du service après-vente de DTF MEDICAL pour toute autre question.

7. Résolution de problèmes

Problème	Solution
L'appareil n'émet aucun bruit de fonctionnement	Vérifiez que le cordon d'alimentation est connecté au secteur. Vérifiez que l'interrupteur est sur la position « marche ». Vérifiez que le courant délivré par le réseau correspond à celui de l'appareil (Volt Hz). Vérifiez avec un autre appareil s'il y a du courant dans la prise murale. Si le problème persiste, veuillez contacter DTF MEDICAL ou votre distributeur local.
L'appareil émet beaucoup de bruit de fonctionnement	Vérifiez que le nébuliseur est bien connecté à l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter DTF MEDICAL ou votre distributeur local.
Aucun brouillard ne sort du masque ou de l'embout buccal	Vérifiez si le nébuliseur contient suffisamment de médicament ou de solution : minimum indiqué sur le mode d'emploi du nébuliseur utilisé. Vérifiez que le tuyau est bien raccordé à l'appareil et au nébuliseur. Vérifiez que le tuyau n'est pas clampé, bouché ou tordu. Vérifiez que le gicleur dans le nébuliseur est bien enfoncé à fond. Vérifiez que le gicleur et l'orifice d'air situé dans la cuve ne sont pas bouchés (les nettoyer avec de l'eau). En cas d'utilisation d'ampoules de médicament en verre, vérifier que des débris de verre ne sont pas tombés dans le nébuliseur. Si le problème persiste, veuillez contacter DTF MEDICAL ou votre distributeur local.

Veuillez contacter DTF MEDICAL ou votre distributeur local :

- S'il manque une ou plusieurs pièces,
- Si des pièces sont défectueuses,
- En cas d'assistance, de maintenance ou de question sur l'utilisation,
- En cas de problème de fonctionnement ou d'évènements imprévus,
- En cas d'effets indésirables graves.

8. Garantie / recyclage

Garantie

L'appareil est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, contre tout vice de fabrication, sauf cas de mauvaise utilisation. Pour le service après-vente sous garantie, veuillez contacter votre distributeur. Sur demande, une documentation technique plus détaillée peut vous être fournie.

Recyclage

L'appareil doit être éliminé conformément aux directives locales sur la mise au rebut des appareils électriques. Vous contribuez ainsi à la préservation de l'environnement et à la protection de la santé humaine. Dispositif mis sur le marché après le 13 août 2005.

9. Liste des nébuliseurs compatibles et des pièces détachées

Nébuliseurs EXTRANEb+ classiques individuels (Classe IIa) :

Légende :



✓ = Oui / ✗ = Non

Références	Minidose	Embout buccal	Masque		Tubulure
			Adulte	Enfant	
NL9MXR	✓	✗	✓	✗	✓
NL9MXP	✓	✗	✗	✓	✓
NL9MXB	✓	✓	✗	✗	✓

Pièces détachées :

- Embout buccal, réf. C27D
- Masque adulte, réf. R
- Masque pédiatrique, réf. RP
- Tuyau 6x9, longueur 1 m, réf. C20P
- Filtres : 4 filtres de rechange fournis, réf. Y1689
- Sacoche de transport, réf. M16

10. Spécifications techniques

Classe du dispositif	IIa	
Classe du dispositif en sécurité électrique	II	
Type des parties appliquées	BF	
Degré de protection	IP 21	
Durée de vie prévue des accessoires	30 cycles de désinfection (patient unique, réutilisable)	
Durée de vie en fonctionnement de l'appareil	1000 heures	
Durée de vie utile de l'appareil	5 ans (patient multiple, réutilisable)	
Poids	ALIGHT : 1,3 kg	NL9MXR : 0,080 kg
Dimensions	L160 x l140 x h100mm	
Tension	230V ; 50Hz	
Puissance absorbée	220VA	
Pression d'utilisation	≥400hPa	
Niveau sonore	<64dBa	
Mode de fonctionnement	Intermittent (20 min. ON et 40 min. OFF)	
Alimentation électrique	Courant alternatif 230V – 50Hz	
Température ambiante (T) en transport et stockage		-20°C < T < +70°C
Température ambiante (T) en fonctionnement		+10°C < T < +40°C
Humidité relative (H) en transport, stockage et fonctionnement		10% < H < 93%



Performances essentielles : Fournir une pression permettant de transformer le médicament en aérosol.

Partie appliquée : Embout buccal ou masque.

NOTE : La déclaration de conformité CE ainsi que la description technique peuvent être fournies sur demande.

Identification :

Chaque compresseur a une identification par lot qui indique l'année de fabrication et un numéro de série. De plus, chaque accessoire est identifié par un numéro de lot mentionné. Pour plus d'informations, se référer au mode d'emploi du nébuliseur.

11. Compatibilité électromagnétique

Les appareils électromédicaux nécessitent des précautions spéciales vis-à-vis de la CEM et doivent être installés et mis en service selon les informations CEM fournies dans cette notice.

AVERTISSEMENT : Il convient d'éviter d'utiliser cet appareil à côté d'autres appareils ou empilé avec ces derniers parce que cela peut occasionner un mauvais fonctionnement. Si cette utilisation est nécessaire, il convient d'observer cet appareil et les autres appareils pour en vérifier le fonctionnement normal.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet appareil peut provoquer une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité de cet appareil et occasionner un fonctionnement inapproprié.

AVERTISSEMENT : Il convient de ne pas utiliser les appareils de communications portatifs RF (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) plus près de 30 cm (12 pouces) de toute partie de l'AEROLIGHT, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, les performances de ces appareils pourraient en être altérées.

AVERTISSEMENT : Si l'appareil dysfonctionne du fait des perturbations électromagnétiques, les performances de l'appareil peuvent être altérées et entraîner un retard des soins du patient.

Les appareils de communication sans fil tels que les dispositifs domestiques sans fil en réseau, téléphones mobiles, téléphones sans fil et leurs bases, talkies-walkies peuvent affecter l'appareil et il est recommandé de les garder au moins à une distance de 0,5m de l'appareil.

Directives et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques

Essai d'émissions	Conformité
Emissions RF (CISPR 11)	Groupe 1
Emissions RF (CISPR 11)	Classe B
Emissions harmoniques (CEI 61000-3-2)	Classe A
Fluctuations de tension / Papillotement flicker (CEI 61000-3-3)	Conforme




Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique

Essai d'immunité	Niveau d'essai (CEI 60601-1-2)	Niveau de conformité
Décharges électrostatiques (DES) (IEC 61000-4-2)	± 8kV au contact direct ± 15kV dans l'air	± 8kV ± 15kV
Transitoires rapides en salves (IEC 61000-4-4)	± 2kV pour lignes d'alimentation électrique ± 1kV pour lignes d'entrée/sortie	± 2kV ± 1kV
Sur tension transitoire (IEC 61000-4-5)	± 1kV entre phases ± 2kV entre phase et terre	± 1kV entre phases ± 2kV entre phase et terre
Creux de tension, coupures brèves et variations de tension sur des lignes d'entrée d'alimentation électrique (IEC 61000-4-11)	0% U_T ; 0,5 cycle A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315° 0% U_T ; 1 cycle et 70% U_T ; 25/30 cycles Monophasé : à 0°	0% U_T ; 0,5 cycle A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315° 0% U_T ; 1 cycle et 70% U_T ; 25/30 cycles Monophasé : à 0°
Interruptions de tension (CEI 61000-4-11)	0% U_T : 250/300 cycles	0% U_T : 250/300 cycles
Champ magnétique à la fréquence du réseau électrique (50/60 Hz) (IEC 61000-4-8)	30A/m	30A/m
Perturbations RF rayonnées (IEC 61000-4-3)	10V/m 80MHz – 2,7GHz	10V/m 80MHz – 2,7GHz

	385MHz à 27V/m 450MHz à 28V/m 710, 745, 780MHz à 9V/m 810, 870, 930MHz à 28V/m 1720, 1845, 1970MHz à 28V/m 2450 MHz à 28 V/m 5240, 5500, 5785 MHz à 9 V/m	385MHz à 27V/m 450MHz à 28V/m 710, 745, 780MHz à 9V/m 810, 870, 930MHz à 28V/m 1720, 1845, 1970MHz à 28V/m 2450 MHz à 28 V/m 5240, 5500, 5785 MHz à 9 V/m
Perturbations RF conduites (IEC 61000-4-6)	3V 0,15MHz – 80MHz 6V en bandes ISM et bandes radio amateur comprises entre 0,15 MHz et 80 MHz 80% MA à 1kHz	3V 0,15MHz – 80MHz 6V en bandes ISM et bandes radio amateur comprises entre 0,15 MHz et 80 MHz 80% MA à 1kHz

12. Pictogrammes

Symbole présent sur l'appareil, les accessoires et l'emballage

	Conformité à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
	Fabricant
	Référence
	Numéro de lot
	Numéro de série
	Appareil de classe II
IP21	Degré de protection : 2 : Protégé contre les corps étrangers solides de 12.5 mm Ø et plus 1 : Protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement
	Partie appliquée de type BF
	Courant alternatif
	Suivre les instructions d'utilisation
	Avertissement : Tension dangereuse
	Avertissement
	Conserver au sec ; Craint l'humidité
	Fragile ; Manipuler avec soin
	Conserver à l'abri de la lumière du soleil
	Limite de pression atmosphérique à ne pas dépasser en cours de fonctionnement, de transport ou de stockage
	Limite d'humidité à ne pas dépasser en cas de fonctionnement, de transport ou de stockage
	Limite de température à ne pas dépasser en cas de fonctionnement, de transport ou de stockage
	« Arrêt » (mise hors tension)
	« Marche » (mise sous tension)



Ne pas jeter à la poubelle ; Dispositif mis sur le marché après le 13 août 2005



Identifiant Unique du Dispositif



Dispositif Médical



Patient unique-réutilisable