



Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

## CEINTURE PELVIENNE CONFORT



POUR TOUS FAUTEUILS


À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDiqué :  
EMPÊCHER LE GLISSEMENT  
DU BASSIN VERS L'AVANT



Périmètre maximum utile : + 230 cm  
Boucle : 50 mm

Sa protection interne en STÉRITHANE la rend imperméable tout en étant respirante.

- Déclinée en 3 tailles S, M, L
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm)



CPCF3HP-PF



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



v 05.02/23

## Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



# CEINTURE PELVIENNE CONFORT

## Composition

Jersey polyester enduit de polyuréthane  
doublé de mousse polyuréthane  
Biais 100 % polyester  
Sangles 100 % polyester  
Boucles nylon

- Positionner la partie ceinture pelvienne sur l'assise du fauteuil, la partie étroite côté dossier.
- Placer la sangle côté étroit autour du dossier, ajuster fermement et fermer la boucle de fixation rapide (voir recto).c
- Faire asseoir le patient sur le fauteuil.
- Faire passer la ceinture pelvienne entre les jambes du patient, la relever sur l'abdomen.
- Ajuster la partie pelvienne pour éviter les plis.
- Passer la sangle encore libre derrière le dossier, fermer la boucle et ajuster la longueur en veillant à ne pas comprimer l'abdomen.