

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

CEINTURE YZA



POUR TOUS FAUTEUILS

Une ceinture abdominale taille unique, plus deux modules (un pelvien et un de buste), vous permettent quatre configurations (maintien abdominal, maintien de buste, maintien pelvien et maintien intégral).

Vous pouvez ainsi passer aisément de l'une à l'autre et vous adapter à tous les patients sans contrainte de tailles.

- Périmètre maximum utile : 200 cm



YZA2CAHP-PF



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



v 05.11/23

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



CEINTURE YZA

Composition
Jersey polyester enduit de polyuréthane doublé de
mousse polyuréthane
Biais 91 % polyamide - 9 % élasthanne
Sangle 100 % polyester
Épaulière en PVC
Boucle nylon

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser cette ceinture si la taille ne convient pas au patient.

La ceinture YZA se décline sous 4 variantes modulables :

1 - La ceinture YZA abdominale (Réf.: YZA2CAHP-PF)

- a - Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne.
- b - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.
- c - Fermer la boucle nylon, puis ajuster la longueur des sangles, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.

2 - Le maintien pelvien YZA (Réf.: YZA2-MP-PF) se compose de la ceinture YZA abdominale à laquelle vient s'ajouter un module de maintien pelvien.

- a - Positionner le maintien pelvien sur l'assise du fauteuil, et fixer la sangle 25 mm au dossier du fauteuil avec le minimum de jeu.
- b - Asseoir le patient sur le fauteuil et sur la sangle.
- c - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.
- d - Fermer la boucle nylon, puis ajuster la longueur de la sangle, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.
- e - Fermer la boucle 50 mm du maintien pelvien en ajustant sa longueur.

3 - Le maintien de buste YZA (Réf.: YZA2-MB-PF) se compose de la ceinture YZA abdominale à laquelle vient s'ajouter un module de maintien de buste.

- a - Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne.
- b - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.
- c - Fermer la boucle nylon, puis ajuster la longueur des sangles, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.
- d - Mettre en place le baudrier, fermer la boucle de 50 mm, positionner les épaulières sur les épaules de la personne, les boucles derrière le dossier du fauteuil. Passer une sangle d'épaule sous la sangle de maintien abdominal, connecter les boucles, et ajuster sa longueur.

4 - Le maintien intégral YZA (Réf.: YZA2CAHP-PF + YZA2-MP-PF + YZA2-MB-PF) se compose de la ceinture YZA abdominale à laquelle vient s'ajouter un module de maintien de buste et un module de maintien pelvien.

- a - Pour la mise en place du maintien intégral, procéder d'abord comme pour le maintien de buste YZA (2) puis comme le paragraphe d et e du maintien de buste YZA (3).



Compatible avec le système NAUSI-SURE
à clé magnétique.
Nous consulter pour plus d'information.

www.nausicaa-medical.com

This medical device is intended for patient holding and positioning. It is not a restraint system.
Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitches of the straps: that they do not fray or break, that the device does not show tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and straps), that the buckles are not cracked or have no weak fastening.

YZA BELT

FOR ALL CHAIRS



A one-size-fits-all abdominal belt, plus two modules (one pelvic and one bust), give you four configurations (abdominal support, bust support, pelvic support and full support).

This means you can easily switch from one to the other, adapting to all patients without size constraints.

- Maximum useful perimeter: 200 cm



The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative.
This medical device must be implemented or trained by a health professional.



YZA2CAHP-PF



v 05.11/23

Important Recommendations :

In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :

- to choose the appropriate size for the patient
- to get the best possible adjustment to the patient

These products must not be in direct contact with a wounded skin.



YZA BELT

HOSPITAL RANGE

Lined polyurethane coated polyester jersey
polyurethane foam

Bias binding 91% polyamide - 9% elastane

100% polyester webbing

PVC shoulder pad

Nylon buckle

INSTRUCTION FOR USE

The YZA Belt is declined under 4 modular versions :

1. The abdominal YZA belt (Réf.: YZA2CAHP-PF).

- a - Position the belt at waist level.
- b - Pass the straps behind the back of the chair.
- c - Close the nylon buckle, then adjust the length of the straps, taking care not to compress the patient's abdomen.

2. The pelvic YZA belt (Réf.: YZA2-MP-PF) is composed of the abdominal YZA belt to which is added a pelvic modular element.

- a - Position the belt at waist level.
- b - Pass the straps behind the back of the chair.
- c - Close the nylon buckle, then adjust the length of the straps, taking care not to compress the patient's abdomen.
- d - Fit the shoulder harness, close the 50 mm buckle, position the shoulder straps on the patient's shoulders, with the buckles behind the back of the chair. Pass a shoulder strap under the abdominal part, connect the buckles and adjust its length.

2. The chest YZA belt (Réf.: YZA2-MB-PF) is composed of the abdominal YZA belt to which is added a bust modular element.

- a - Position the pelvic support on the seat of the chair, and attach the 25 mm strap to the back of the chair with minimum play.
- b - Sit the patient on the chair and on the strap.
- c - Pass the straps behind the back of the chair.
- d - Close the nylon buckle, then adjust the strap length, taking care not to compress the patient's abdomen.
- e - Close the 50 mm pelvic support buckle, adjusting its length.

4. The integral YZA belt (Réf.: YZA2CAHP-PF + YZA2-MP-PF + YZA2-MB-PF) is composed of the abdominal YZA belt to which is added a bust modular element and a pelvic modular element.

- a - To fit the YZA Integral belt, proceed first as for the YZA pelvic belt (2), then as described in paragraphs d and e for the YZA chest belt (3).



Compatible with the NAUSI-SURE magnetic key system.
Please contact us for more information.